

### INFORMACIONES GENERALES

Categoría:  
Bolsas de muestreo estériles

Familia: Twirl'em

Caducidad: 5 años

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las bolsas Twirl'em tienen un sistema de cierre práctico y fácil de usar. Están fabricados con un plástico flexible, resistente y transparente.



### INFORMACIONES ESPECÍFICAS

#### ARTÍCULO

Tipo de artículo :	Bolsa
Material :	Mezcla de polietileno biodegradable
Color :	Transparente
Dimensión :	178 x 305 mm / 7 X 12 po
Espesor :	0.0762 mm / 76.2 micron / 3 mil.po
Volumen total :	2200 ml / 75 oz
Volumen funcional :	1300 ml / 44 oz
Tipo de impresión :	Impreso
Sistema de apertura :	Línea perforada
Sistema de cierre :	Cierre con 1 alambre redondo y 1 tira de alambre p
Estéril :	Sí
Fin de vida del producto :	Biodegradable

### INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	14.13 po x 9.50 po x 16.25 po 36 cm x 24 cm x 41 cm
Peso de la caja:	24.50 LB / 11.11 KG
Condiciones de embalaje:	1000 (4 x 250)
Condición de almacenamiento:	Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente

#### OTRO

## DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

## DECLARACIÓN

CFIA	Las bolsas de muestreo de LABPLAS son una solución que podría utilizarse en el plan de control preventivo (PCP) de la CFIA en relación con los siete principios del sistema HACCP. El PCP es una iniciativa federal canadiense derivada del Reglamento sobre la inocuidad de los alimentos en el Canadá (RSAC).
EU	Todos los materiales utilizados para la fabricación de bolsas de muestras LABPLAS cumplen, si procede, las normas de contacto alimentario Eu No10/2011 para la migración de partículas.
Libre de ADNase	Este producto está libre de ADNase. Sensibilidad de 10-7 Kunitz units/ $\mu$ L.
Libre de RNase	Este producto es libre de RNase. Sensibilidad de 10-9 Kunitz units/ $\mu$ L.
FDA	La película plástica utilizada en la producción de la bolsa de muestras LABPLAS cumple con las disposiciones de la Regulación 21 CFR 177.1520 de la Food and Drug Administration.
Pirógenos	Este producto es no pirogénico al límite de endotoxina de 2.15 UE/ dispositivo. La no -patogenicidad es apoyada por pruebas de endotoxinas en muestras seleccionadas al azar usando el test Limulus Amebocyte Lysate (LAL) de acuerdo con las guías USP-NF <85 y <161>.
Estéril	La esterilidad se garantiza mediante calor seco durante la extrusión del plástico a temperaturas superiores a 220°C. Este enfoque asegura un nivel de garantía de esterilidad (NGE) de 10-3. La eficacia continua del proceso se demuestra mediante pruebas periódicas de esterilidad. Las pruebas de esterilidad siguen la directriz USP-NF <71>.